

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumné vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Jednokanálový plynový chromatograf**

Datum uveřejnění zakázky: **7. 9. 2017**

V Litvínově dne 15. 9. 2017

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

V Příloze č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Jednokanálový plynový chromatograf“ je v bodě 1 „Minimální technické požadavky na přístroj“ uveden požadavek: Digitální řízení tlaků a průtoků všech prvků systému (injektor, detektor), tlak nosného plynu minimálně do 800 kPa. V bodě 9.2.2. je však hodnocený parametr, který připouští i hodnotu nižší než 800 kPa byť s bodovým ziskem 0 bodů.

Dotaz: bude akceptována nabídka uchazeče, který nabídne systém s elektronickou regulací tlaků nižší než 800 kPa (konkrétně např. 689 kPa) byť se ziskem 0 bodů v hodnocených technických parametrech (viz. 9.2.2.) nebo se jedná o minimální parametr, jehož nesplnění povede k vyloučení nabídky uchazeče z řízení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Minimální technické požadavky v příloze č. 1 výzvy k předkládání nabídek jsou pro účastníky zcela závazné a jejich nesplnění bude hodnoceno jako nesplnění minimální technické specifikace přístroje. Taková nabídka bude vyloučena z dalšího hodnocení.

Zadavatel dále uvádí, že v bodě 9.2.2 výzvy, který se týká hodnocení podkritéria „Vstupní tlak nosného plynu“, došlo k administrativní chybě. Popis hodnocení v tomto bodě byl upraven do správného tvaru, tj. „Bude-li hodnota účastníkem stanovena jako rovna 800 kPa, získá nabídka v rámci tohoto podkritéria 0 b.“. Upravená výzva k předkládání nabídek je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

Předmět dodatečného dotazu:

V Příloze č.1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Jednokanálový plynový chromatograf“ je v bodě 3 „PC a software“ s nadpisem tabulky „Min. požadavky – PC a software“ je uveden požadavek na Senzor úniku vodíku do kolonového prostoru. V bodě 9.2.7. je však přítomnost vodíkového senzoru uvedena jako hodnocený parametr, který připouští možnost nepřítomnosti vodíkového senzoru v nabídce.

Dotaz: bude tedy akceptována nabídka uchazeče, který předloží nabídku bez vodíkového senzoru, byť se získá 0 bodů za dané technické podkritérium?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

V příloze č. 1 výzvy k předkládání nabídek bylo v bodě 3 chybně uvedeno, že se jedná o minimální požadavky na PC a software. Zadavatel uvádí tuto informaci na pravou míru a informuje účastníky, že bod 3 přílohy č. 1 výzvy k předkládání nabídek uvádí „Ostatní technické požadavky na přístroj a software“. Upravená příloha č. 1 Technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení.

Dále Zadavatel uvádí, že účastník je oprávněn podat nabídku bez vodíkového senzoru, nicméně k této skutečnosti bude přihlédnuto v rámci hodnocení technické úrovně dle bodu 9.2 výzvy k předkládání nabídek.

Dotaz č. 3

Předmět dodatečného dotazu:

V rámci výběrového řízení je hodnocena cena za servisní činnost (bod 9.1.2.). Jak dlouho bude nabídnutá cena pro uchazeče závazná?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Povinnost zajištění mimozáručního servisu za podmínek stanovených smlouvou řeší bod 5.1 „Podrobnější specifikace Dodávky“ výzvy k předkládání nabídek a zároveň čl. V. bod 3 návrhu smlouvy.

Dotaz č. 4

Předmět dodatečného dotazu:

Ráda bych se zeptala, jak jsou povinné všechny dodávky příslušenství uvedené v části 3.PCa SW.

Je tam uvedený H2senzor, ale následně v hodnotitelných kritériích je hodnoceno: dodání H2senzoru ANO – 100bodů NE-0bodů. Z toho vyplývá, že nemusí být nabídnut?

Rozumím tomu dobře?

V této části je i Automatický dávkovač, je povinnou částí dodávky nebo nikoliv?


Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel si dovoluje informovat účastníky, že v souvislosti s jejich dotazy byla revidována příloha č. 1 „Technická specifikace“ výzvy k předkládání nabídek. Zároveň byly provedeny úpravy v těle výzvy k předkládání nabídek, a to konkrétně v rámci kapitoly 9.2 „Dílčí hodnotící kritérium II - Technická úroveň“ vč. jejích podbodů. Pro vyloučení veškerých pochybností jsou oba upravené dokumenty přílohami tohoto vysvětlení.

Pokud nabídka účastníka nebude splňovat minimální technické požadavky uvedené v příloze č. 1 výzvy k předkládání nabídek, bude vyloučena z dalšího hodnocení.

Ostatní technické požadavky na přístroj a software účastník nemusí povinně nabídnout, nicméně tato skutečnost ovlivní výsledné hodnocení nabídek.

Vzhledem k podstatným změnám zadávací dokumentace si Zadavatel dovoluje informovat uchazeče, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 99 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. **Nabídky lze předkládat Zadavateli až do 29. 9. 2017 do 11:00 hodin.**



Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Upravený dokument „Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu“
- Příloha č. 2 – Upravená Příloha č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu