

ZADAVATEL

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**
Se sídlem: **Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem**
Telefon: **475 309 222**
IČ/DIČ: **62243136 / CZ62243136, plátce DPH**

VYSVĚTLENÍ č. 3
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název zakázky: **Fluorescenční mikroskop**

Datum uveřejnění zakázky: **11. 7. 2018**

V Litvínově dne 25. 7. 2018

Na základě dotazů některých účastníků zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k Zadávací dokumentaci předmětné zakázky:

Dotaz č. 1

Předmět dodatečného dotazu:

Je možné místo CCD nabídnout novější typ CMOS s velkými pixely, který se citlivostí vyrovná CCD kamerám?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že kameru CMOS nelze zaměnit za kameru CCD, která dosahuje kvalitnějšího obrazu a méně šumu při horších světelných podmínkách.

Dotaz č. 2

Předmět dodatečného dotazu:

Je možné místo barevné CCD kamery nabídnout barevnou CMOS kameru při zachování všech ostatních parametrů, které jsou požadovány?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Viz odpověď zadavatele na předchozí dotaz.

Dotaz č. 3

Předmět dodatečného dotazu:

Je možné nabídnout místo planapochromatického objektivu se zv. 100x s rozsahem NA 0,5 - 1,2, který je dodáván jen jedním výrobcem alternativní objektiv s téměř stejnou charakteristikou - plan semi-apochromat, zv. 100x, NA 0,6 - 1,3?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Část odpovědi, týkající se rozsahu numerické apertury, na tento dotaz byla předmětem Vysvětlení č. 1 výzvy a zadávací dokumentace, které bylo zveřejněno dne 17. 7. 2018 na

profilu zadavatele. V souvislosti s odpovědí na tento dotaz byla rovněž upravena Příloha č. 1 - „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace.
Zadavatel dále uvádí, že bude akceptovat řešení splňující minimální technickou specifikaci, a nebo lepší. V případě, že účastník nabídne místo planapochromatického objektivu typ plan semi-apochromat, není tato podmínka splněna, neboť typ plan semi-chromat disponuje horší kvalitou obrazu.

Dotaz č. 4

Předmět dodatečného dotazu:

V minimálních technických požadavcích na přístroj je uveden zdroj světla - rtuťová výbojka o minimálním výkonu 753. Co prosím Vás představuje hodnota 753?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Tato nesrovnalost byla předmětem Vysvětlení č. 1, konkrétně odpovědi na dotaz č. 1. Vysvětlení č. 1 bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 17. 7. 2018.
Zadavatel zde uvedl, že se jedná o překlep a správná hodnota minimálního výkonu má být 75 W. V tomto smyslu byla také upravena příloha č. 1 - Technická specifikace výzvy a zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5

Předmět dodatečného dotazu:

Bude zadavatel akceptovat řešení stativu s dvoustupňovým koaxiálním ostřením, nastavitelnou tuhostí fokusace + nastavitelnou „stop“ pozicí pro ochranu vzorku a objektivu, ovšem bez výškově nastavitelných zaostřovacích šroubů? Šrouby jsou umístěny v ergonomické výšce, která odpovídá většině uživatelů mikroskopu. Případně je možné použít gelové podložky pod ruce apod.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel bude akceptovat jakékoli řešení, které bude splňovat minimální technické požadavky uvedené v příloze č. 1 výzvy a zadávací dokumentace s názvem „Technická specifikace“ nebo bude splňovat požadavky lepší.
Pro úplnost zadavatel uvádí, že výškově nastavitelné šrouby byly již předmětem Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám, které byly uveřejněny dne 19. 7. 2018 na profilu zadavatele. Konkrétně se jednalo o dotaz č. 2 tohoto vysvětlení, kde zadavatel uvádí, že přehodnotil svůj požadavek v tomto bodě a v zájmu rozšíření počtu možných účastníků řízení upravuje znění požadavku. Nové znění: „Zaostřovací šrouby s nastavitelnou tuhostí“. Upravené znění textu přílohy č. 1 „Technická specifikace“ výzvy a zadávací dokumentace byla součástí Vysvětlení č. 2.

Zadavatel upozorňuje účastníky řízení, aby při zpracování svých nabídek reflektovali úpravy formulářů a vzorů, které jsou vyhlašovány v rámci jednotlivých vysvětlení výzvy a zadávací dokumentace a použili ve své nabídce vždy nejnovější verzi daného formuláře.


Ing. Veronika Vavroušková
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.